

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakup i dostawa 20 szt. defibrylatorów AED dla Miasta Żywiec

1. Parametry techniczne:

Tryb pracy: półautomatyczny

Fala BTE

Zakres energii: 50 J do 150 J dla dorosłych, 50 J dla dzieci/niemowląt

Czas ładowania wstrząsu: mniej niż 4 sekundy (przy temperaturze 25°C)

Pojemność baterii: 125 wstrząsów lub 8 godzin ciągłej pracy

Wyświetlacz: wysokiej klasy kolorowy wyświetlacz LCD

Przewodnik CPR: Dźwiękowy i wizualny

Protokół resuscytacji: Zgodny z ERC 2010

Autotesty: Automatyczne codzienne, tygodniowe oraz miesięczne. Test baterii zintegrowany z systemem autotestu. Możliwość wywołania testu przez użytkownika w dowolnym momencie.

Wskaźnik statusu baterii

Analiza rytmu serca /monitorowanie krzywej EKG

Elektrody: Oddzielne dla dorosłych i dzieci Na elektrodach winien widnieć instruktaż (rysunkowy) prawidłowego umieszczenia na ciele ratowanego. Elektrody powinny posiadać termin gwarancji (okres przydatności do użytku) minimum 5 lata.

Wbudowany Metronom wskazujący tempo masażu serca oraz czas do zakończenia cyklu resuscytacji.

Zestaw uzupełniający do każdego urządzenia: maseczka, maszynka, 4 pary rękawiczek winylowych.

2. Przeglądy i czynności konserwacyjne:

urządzenie nie może wymagać przeglądu po każdorazowym użyciu. Jeżeli producent tego wymaga, to w okresie obowiązywania gwarancji urządzenia, przegląd urządzenia będzie dokonywany na koszt wykonawcy.

3. Gwarancja:

5-letni okres gwarancji wykonawcy. Wymagany jest autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. W okresie gwarancji wykonawca sprzętu ponosi wszelkie koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany elektrod i baterii. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu dokument potwierdzający przejęcie przez producenta zobowiązań gwarancyjnych (w pełnym wymiarze gwarancji). W okresie objętym gwarancją urządzenia dostawca nieodpłatnie dokonuje wymiany baterii i elektrod w przypadku:

- upływu terminu przydatności do użycia,
- uzasadnionej sytuacją zagrożenia życia użycia urządzenia.

4. Serwis:

usuwanie awarii urządzenia – w przypadku zgłoszenia awarii urządzenia AED czas reakcji serwisowej związanej z jej usunięciem nie może być dłuższy niż **60 godzin**. Za czas reakcji serwisowej uznaje się okres od chwili zgłoszenia awarii do chwili uzyskania sprawności urządzenia.

5. Certyfikaty:

wraz z ofertą należy przesłać deklarację zgodności urządzenia, kartę produktu oraz instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim.

6. Termin i zasady wykonania zamówienia:

- 1). Realizacja dostawy nastąpi w terminie **do 10 dni** od daty podpisania umowy.
- 2). Transport zamówienia do wskazanego miejsca odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
- 3). Miejsce dostawy: **Urząd Miejski w Żywcu ul. Rynek 2 34-300 Żywiec**
- 4). Udzielenie wyjaśnień i sposób kontaktowania się z Zamawiającym:

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- **Agata Barcik**, tel.: 33 475 42 52, email: agata.barcik@zywiec.pl
- **Danuta Zabłocka**, tel.: 33 475 42 54, email: danuta.zablocka@zywiec.pl