

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy pn.: „**Zakup i dostawa 20 szt. defibrylatorów AED dla Miasta Żywiec**”, oznaczenie sprawy: **SOO.271.1.2025**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający – Miasto Żywiec – przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z treścią złożonych zapytań:

Zapytanie nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator z zakresem energii: Dorośli: 170 to 195J ($\pm 5\%$), Dzieci: 44 to 51J ($\pm 5\%$) energia dostarczana z uwzględnieniem impedancji.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora z większym zakresem energii niż określony w specyfikacji technicznej.

Zapytanie nr 2:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator AED, którego pojemność baterii wynosi: 200 wstrząsów lub 6 godzin ciągłej pracy? Parametr nieznacznie odbiegający od opisanego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora o pojemność baterii: 200 wstrząsów lub 6 godzin ciągłej pracy.

Zapytanie nr 3:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator AED, którego czas ładowania wstrząsu wynosi do 10 sekund? Parametr nieznacznie odbiegający od opisanego”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora, którego czas ładowania wstrząsu jest dłuższy niż 4 s.

Zapytanie nr 4:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator AED wyposażony w wyświetlacz LCD informujący o: sprawności/niesprawności urządzenia, poziomie naładowania akumulatora, statusie elektrod?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił szczegółowo zakresu informacji wyświetlanych na wyświetlaczu LCD.

Zapytanie nr 5:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator AED, który nie posiada funkcji wskazania czasu do zakończenia cyklu resuscytacji?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora, który nie posiada funkcji wskazania czasu do zakończenia cyklu resuscytacji.

Zapytanie nr 6:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator AED, którego protokół resuscytacji zgodny jest z aktualnymi normami ERC 2021?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga defibrylatora, którego protokół resuscytacji zgodny jest z normami ERC 2010.

Zapytanie nr 7:

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator AED wyposażony w uniwersalne elektrody dla dorosłych oraz dla dzieci. Zmiana trybu pracy odbywa się poprzez dedykowany przełącznik na panelu czołowym urządzenia?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga defibrylatora, który posiada oddzielne elektrody dla dorosłych i dla dzieci.

Treść wyjaśnień staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.


Z UP. BURMISTRZA
mgr Agata Barcik
NACZELNIK WYDZIAŁU SPRAW
OBywatELSKICH I OBRONNYCH