

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – MODYFIKACJA

Zakup i dostawa 20 szt. defibrylatorów AED dla Miasta Żywiec

1. Parametry techniczne:

1) Tryby pracy:

- półautomatyczny,
- tryb pediatryczny, realizowany przez: przełącznik lub dodatkowe elektrody pediatryczne.

2) Kształt fali: BTE

3) Zakres energii: od 150 J do 360 J dla dorosłych, 50 J dla dzieci/niemowląt.

4) Czas dostarczenia impulsu od przypięcia elektrod: do 10 sekund (przy temperaturze 25°C).

5) Bateria:

- pojemność: minimum 125 wstrząsów lub minimum 6 godzin ciągłej pracy,
- rodzaj: jednorazowa,
- okres gwarancji (okres przydatności do użytku): minimum 5 lat.

6) Wyświetlacz: LCD, wysokiej klasy, wielofunkcyjny.

7) Informacja zwrotna RKO:

- dźwiękowa i wizualna,
- funkcja automatycznej regulacji głośności komunikatów głosowych.

8) Protokół resuscytacji: zgodny z aktualnym ERC.

9) Autotesty:

- automatyczne codzienne, tygodniowe oraz miesięczne,
- test baterii zintegrowany z systemem autotestu,
- możliwość wywołania testu przez użytkownika w dowolnym momencie.

10) Wskaźnik statusu baterii.

11) Elektrody:

- uniwersalne lub dodatkowe elektrody pediatryczne,
- na elektrodach winien widnieć instruktaż (rysunkowy) prawidłowego umieszczenia na ciele ratowanego,
- okres gwarancji (okres przydatności do użytku): minimum 4 lata.

12) Zestaw uzupełniający do każdego urządzenia:

- maseczka,
- maszynka,
- 4 pary rękawiczek winylowych.

2. Przechowywanie urządzenia:

skrzynka i tabliczka informacyjna. Urządzenia będą przechowywane wewnątrz budynku.

3. Przeglądy i czynności konserwacyjne:

urządzenie nie może wymagać przeglądu po każdorazowym użyciu. Jeżeli producent tego wymaga, to w okresie obowiązywania gwarancji urządzenia, przegląd urządzenia będzie dokonywany na koszt wykonawcy.

4. Gwarancja:

minimum 5-letni okres gwarancji wykonawcy. Wymagany jest autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. W okresie gwarancji wykonawca sprzętu ponosi wszelkie koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany elektrod i baterii. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający przyjęcie przez producenta zobowiązań gwarancyjnych (w pełnym wymiarze gwarancji). W okresie objętym gwarancją urządzenia dostawca nieodpłatnie dokonuje wymiany baterii i elektrod w przypadkach:

- upływu terminu przydatności do użycia,
- uzasadnionej sytuacją zagrożenia życia użycia urządzenia.

5. Serwis:

- 1) **usuwanie awarii urządzenia** – w przypadku zgłoszenia awarii urządzenia AED czas reakcji serwisowej związanej z jej usunięciem nie może być dłuższy niż **60 godzin**. Za czas reakcji serwisowej uznaje się okres od chwili zgłoszenia awarii do chwili uzyskania sprawności urządzenia,
- 2) **obsługa i uzupełnienie wyposażenia urządzenia po każdym użyciu** – w przypadku użycia urządzenia AED czas reakcji serwisowej związanej z uzupełnieniem zużytego wyposażenia nie może być dłuższy niż **48 godzin**. Za czas reakcji serwisowej uznaje się okres od chwili zgłoszenia użycia urządzenia do chwili uzupełnienia wyposażenia.

6. Certyfikaty:

wraz z ofertą należy złożyć: deklarację zgodności urządzenia, certyfikat MDR i kartę produktu urządzenia w języku polskim.

7. Termin i zasady wykonania zamówienia:

- 1). Realizacja dostawy nastąpi w terminie **do 10 dni** od daty podpisania umowy.
- 2). Transport zamówienia do wskazanego miejsca odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
- 3). Miejsce dostawy: **Urząd Miejski w Żywcu ul. Rynek 2 34-300 Żywiec**
- 4). Udzielenie wyjaśnień i sposób kontaktowania się z Zamawiającym:

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- **Agata Barcik**, tel.: 33 475 42 52, email: agata.barcik@zywiec.pl ,
- **Danuta Zabłocka**, tel.: 33 475 42 54, email: danuta.zablocka@zywiec.pl ,
- **Sławomir Szczelina**, tel. 33 475 42 39, e-mail: slawomir.szczelina@zywiec.pl .