

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, którego przedmiotem jest „Zakup i dostawa 20 szt. defibrylatorów AED dla Miasta Żywiec”, oznaczenie sprawy: SOO.271.1.2025.

Na podstawie art. 260 ust. 2 w zw. z art. 166 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty i o unieważnieniu postępowania.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Żywiec, 34-300 Żywiec, Rynek 2
Regon: 072182539, NIP: 553-25-10-885
tel.: 33 475-42-00, fax: 33 475-42-02
e-mail: sekretariat@zywiec.pl

strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e2cc4edc-a950-45e5-b4fc-c5e6b3449d0f>

dotatkowa strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://www.bip.zywiec.pl/item/8626>

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Zakup i dostawa 20 szt. defibrylatorów AED dla Miasta Żywiec
oznaczenie sprawy: SOO.271.1.2025

III. WYKAZ WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYL OFERTE

Do upływu terminu składania ofert została złożona 1 oferta:

Nr oferty	WYKONAWCA	Kryteria oceny ofert			
		Cena	Termin realizacji zamówienia	Okres gwarancji urządzenia	Czas reakcji serwisu
1	SynerGroup Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 17 32-650 Kęty	196 182,00 PLN brutto	3 dni	120 miesięcy	do 24 godzin

IV. UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Uzasadnienie faktyczne:

Jedyna złożona w postępowaniu oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z powodu niezgodności jej treści z warunkami zamówienia. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymagał, aby urządzenie posiadało m. in. funkcję automatycznej regulacji głośności komunikatów głosowych. Ze złożonej przez Wykonawcę karty technicznej produktu „DEFIBRYLATOR AED VIVEST POWERBEAT X3” wynika, że zaoferowane urządzenie posiada m. in. cechę „Głośne komunikaty głosowe i sygnały dźwiękowe”, co nie jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca w złożonych na wezwanie Zamawiającego wyjaśnieniach potwierdził, że zaoferowane urządzenie nie posiada wymaganej funkcji. Oznacza to, że oferowany przedmiot dostawy nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego, tym samym treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

art. 255 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu; do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258 ustawy PZP.


z up. BURMISTRZA
mgr Agata Barcik
NACZELNIK WYDZIAŁU SPRAW
OBYWATELSKICH I OBRONNYCH

Otrzymują:

1. strona postępowania/BIP
2. a/a SOO